



# TruMicro Mark 2000

Technické údaje

## TruMicro Mark 2030

### PARAMETRY LASERU

KVALITA PAPERU (M <sup>2</sup> )	< 1,3
VLNOVÁ DÉLKA	1030 nm
STŘEDNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON	20 W
TRVÁNÍ IMPULZU	900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variabel)
MAX. ENERGIE IMPULZU	20 µJ , 100 µJ
MAX. OPAKOVACÍ RYCHLOST	1000 kHz , optional 2000 kHz

### PROVEDENÍ

ROZMĚRY NAPÁJECÍ SKŘÍŇE (Š X V X H)	600 mm x 1225 mm x 825 mm
ROZMĚRY PRACOVNÍ STANICE (Š X V X H)	860 mm x 2000 mm x 1312 mm
ROZMĚR LASEROVÉ HLAVY SE SKENEREM (B X H X T)	838,5 mm x 375 mm x 180 mm